



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اداره کل تجهیزات پزشکی

شماره پروانه : ۵۴۱۹۲۴۷۰
تاریخ صدور : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
تاریخ اعتبار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
پیوست : ندارد

پروانه تولید وسیله پزشکی (مشروط - یک ساله)

تولید کننده : نوا تیس طب
شناسه ملی : ۱۴۰۰۳۹۱۶۷۵۰
نشانی : استان البرز - اشتهارد - شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان بیرونی، بلوار حافظ غربی، خیابان گلستان ۴، خیابان بوستان ۵، قطعه ۲۰۱
نام وسیله : دستگاه تصفیه آب RO غیر پرتابل
گروه تخصصی : دستگاه های ارولوژی و نفرولوژی
مدل : NOVA 1000
نام تجاری :
حیطه کاربرد : تصفیه آب جهت دستگاه همودیالیز

سابقه مجوز : دارد

تعهدات و زمان اجرا : رایحه گواهی ثبت برند تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

تعهدات اجرا نشده : رایحه گواهی ثبت برند

تاییدیه CE : دارد - تاییدیه CE از SZUTEST به شماره 2195MED1924801
با تاریخ اعتبار ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

در اجرای بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹، این پروانه صرفاً برای وسیله ذکر شده و با موارد قید شده در پیوست آن (در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است. استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات به جهت حفظ سلامت جامعه، پروانه تمدید نخواهد شد.

دکتر جلال غفارزاده
مدیر کل تجهیزات پزشکی



سازمان غذا و دارو
اداره کل تجهیزات پزشکی

